

HKN.6030-48/2020

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przasnyszu	
WPLYNEŁO	02.11.2020
SEKRETARIAT	
L. dz. 6492/20	

Przasnysz, dnia 28.10.2020 r.

Kier. lab + 1 oryg
[Signature]

DECYZJA NR HKN.65-17/2020

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.),
- § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
- art. 104 § 1 i 2 i art. 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256)

oraz na podstawie:

- wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przasnyszu, ul. Kacza 9 z dnia 09.09.2020 r. wraz z załącznikami,
- pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 21.10.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu

zatwierdza

Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o. o. w Przasnyszu

do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie następujących oznaczeń:

- Liczba *Escherichia coli* wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06
- Liczba bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06

Zatwierdzenie traci ważność po upływie roku od daty wydania decyzji.

Uzasadnienie

1. Laboratorium dostarczyło wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do zatwierdzenia przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz Ustawę z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 art. 12a.)
2. W celu potwierdzenia metod, dla których laboratorium ubiega się o zatwierdzenie wyznaczono: czułość, specyficzność, selektywność, odchylenie standardowe powtarzalności.
3. Oznaczanie bakterii grupy coli i *Escherichia coli* wykonywane jest zgodnie z normą zalecaną przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia natomiast oznaczanie liczby enterokoków metodą Enterolert nie spełnia wymagań w/w przepisu prawa.

4. Laboratorium wzięło udział w badaniach biegłości organizowanych przez LGC Standards. Badania te obejmowały wszystkie wskaźniki zgłoszone do zatwierdzenia i uzyskało pozytywne wyniki.
5. Laboratorium przedstawiło zestawienie i ocenę wyników badań biegłości. Oceny wyników dokonano na podstawie analizy wskaźnika Z-score. Dla wszystkich oznaczeń wartość prawdziwa mieści się w obszarze niepewności wyniku.
6. Potwierdzenie ważności wyników badań mikrobiologicznych obejmuje badanie powtarzalności i odtwarzalności. Zakres prowadzonej kontroli jest wystarczający do zapewnienia jakości wykonywanych badań.
7. W zakresie pobierania próbek wody przeszkolenie z aktualnie obowiązujących norm posiada dwóch pracowników Laboratorium: Jadwiga Michalska oraz Karol Żuchniewski. Zaświadczenia o odbyciu szkolenia wydane są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w 2019 roku.
8. Sprawozdanie z badań zawiera wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, tj. informację dotyczącą zatwierdzonych metod badawczych (numer i data decyzji), osoby pobierającej próbki oraz podpis osoby autoryzującej sprawozdania z badań.

Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że nie występują przeciwwskazania do zatwierdzenia laboratorium w zakresie realizacji oznaczeń:

- Liczba *Escherichia coli* wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06
- Liczba bakterii grupy coli wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06

Oznaczanie enterokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku winno być wykonywane zgodnie z normą PN-EN ISO 7899-2:2004, w związku z tym metoda PBL-12 wydanie 1 z 22.06.2020 r. nie może uzyskać zatwierdzenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Żelazna 79, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, na podstawie art. 130 § 2 i 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 127 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję”.

Na podstawie art. 127 a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego „z dniem doręczenia organowi administracji państwowej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”. Co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z artykułem 136 KPA § 2 i § 3 jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z artykułem 136 KPA § 3 Przepis § 2 stosuje się także w przypadku, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przasnyszu
Maria Skwińska

Otrzymuje:

1) Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Przasnyszu
ul. Kacza 9
06-300 Przasnysz

2) a/a.